

Wykonawcy

Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn. Ucyfrowienie typu DR aparatu rentgenowskiego stacjonarnego, dwustanowiskowego dla SP ZOZ w Konstantynowie Łódzkim, T-I.271.1.2019.EW

„Ucyfrowienie typu DR aparatu rentgenowskiego stacjonarnego, dwustanowiskowego dla SP ZOZ w Konstantynowie Łódzkim

Zamawiający – Gmina Konstantynów Łódzki informuje, że w dniu 11.01.2019 r. wpłynęły pytania do prowadzonego postępowania przetargowego, poniżej pytania i odpowiedzi w zakresie zestawu (2).

PYTANIE NR 1:

Szczegółowy Opis Zamówienia

I. Wymagania dotyczące oprogramowania

Punkt 1 "Integracja z obecnie eksploatowanym systemem HIS w standardzie HL7 bez dodatkowych licencji"

Proszę o informację czy zamawiający pokrywa wszystkie koszty integracji powstałe ze strony producenta systemu HIS?

Odpowiedź na pytanie nr 1:

W pkt. 3.6.2. Zamawiający informuje, że SP ZOZ korzysta z oprogramowania mMedica firmy Asseco Poland S.A.

Koszty związane z rozszerzeniem programu mMedica o funkcjonalności niezbędne do współpracy z systemem PACS/RIS ponosi Zamawiający.

Po stronie dostawcy pozostaje obowiązek zintegrowania oferowanego systemu z programem mMedica w standardzie HL7.

PYTANIE NR 2:

Szczegółowy Opis Zamówienia

II. Rejestrator Obrazu

Punkt 1 "Rejestrator zintegrowany z zasilaczem rentgenowskim, automatycznie zapisujący parametry ekspozycji w tagach rejestrowanych obrazów DICOM"

Punkt 2 "Rejestrator zintegrowany z aparatem rentgenowskim, automatycznie zapisujący geometrię badania w tagach rejestrowanych obrazów DICOM"

Proszę o wyjaśnienie. Czy dostarczony detektor ma mieć **możliwość** integracji z zasilaczem rentgenowskim czy **ma zostać** zintegrowany?

Odpowiedź na pytanie nr 2:

Deklarację, że Wykonawca zintegruje rejestrator z zasilaczem i aparatem Rtg należy rozumieć, że w momencie odbioru rejestrator będzie zintegrowany z zasilaczem i aparatem Rtg.

PYTANIE NR 3:

Szczegółowy Opis Zamówienia

V. Gwarancja i serwis

Punkt 3. "Instrukcja obsługi w języku polskim w formie papierowej i elektronicznej"

Czy zamawiający akceptuje instrukcje w języku angielskim w formie papierowej i elektronicznej?

Odpowiedź na pytanie nr 3:

Zamawiający oczekuje instrukcji obsługi w języku polskim i nie zaakceptuje instrukcji tylko w języku angielskim.


Burmistrz
KONSTANTYNOWA ŁÓDZKIEGO
Robert Jakubowski