

T-I.271.1.2019.EW

Wykonawcy

Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn. Ucyfrowienie typu DR aparatu rentgenowskiego stacjonarnego, dwustanowiskowego dla SP ZOZ w Konstanyńowie Łódzki, T-I.271.1.2019.EW

„Ucyfrowienie typu DR aparatu rentgenowskiego stacjonarnego, dwustanowiskowego dla SP ZOZ w Konstanyńowie Łódzki

Zamawiający – Gmina Konstanyńów Łódzki informuje, że w dniu 11.01.2019 r. wpłynęły pytania do prowadzonego postępowania przetargowego, poniżej pytania i odpowiedzi.

PYTANIE NR 1:

Szczegółowy Opis Zamówienia

I. Wymagania dotyczące oprogramowania Punkt 6 "Automatyczne przesyłanie obrazów do dowolnej, wskazanej przez Zamawiającego, stacji Opisowej"

Do przesyłania obrazów zalecane jest utworzenia połączenie VPN.

Czy prace oraz koszty związane z utworzeniem połączenia VPN pomiędzy placówką zamawiającego a wskazaną stacją opisową ponosi zamawiający? Proszę sprecyzować.

Odpowiedź na pytanie nr 1:

Utworzenie bezpłatnego łącza VPN pomiędzy siedzibą zamawiającego a stacją opisową pozostaje po stronie zamawiającego i nie obciąża dostawcy.

PYTANIE NR 2:

Szczegółowy Opis Zamówienia

II. Rejestrator Obrazu

8. Maksymalny udźwig detektora mobilnego dla pacjenta leżącego na nim

10. Maksymalny udźwig obudowy detektora dla pacjenta stojącego na nim

Czy zamawiający dopuści detektor o następujących parametrach:

Maksymalne obciążenie na całą powierzchnie detektora: 300kg

Maksymalne obciążenie na punkt: 150kg

Odpowiedź na pytanie nr 2:

Zamawiający dopuści detektor o maksymalnym obciążeniu na punkt wynoszącym 150 kg.

PYTANIE NR 3:

Szczegółowy Opis Zamówienia

II. Rejestrator Obrazu

9. Dodatkowa obudowa rejestratora mobilnego umożliwiająca wykonanie zdjęcia w pozycji stojącej na rejestratorze

Czy zamawiający dopuści detektor bez dodatkowej obudowy?

Detektor który chcemy zaoferować jest wytrzymały na nacisk punktowy do 150kg oraz klasy ochronnej IPX6. Dodatkowa obudowa jest zbędna i generuje niepotrzebne koszty.

Odpowiedź na pytanie nr 3:

Zamawiający nie dopuści detektora bez dodatkowej obudowy.

PYTANIE NR 4:

Szczegółowy Opis Zamówienia

II. Rejestrator Obrazu

12. Możliwość pracy z detektorem innego producenta

Proszę o wyjaśnienie lub usunięcie tego punktu. Każdy detektor jest dostarczany z dedykowanym do niego oprogramowaniem sterującym (stacja technika).

Odpowiedź na pytanie nr 4:

Spełnienie warunku należy rozumieć jako możliwość instalacji na stacji technika (hardware) oprogramowania sterującego innym detektorem i integrację z oferowanym systemem PACS.

PYTANIE NR 5:

Szczegółowy Opis Zamówienia

II. Rejestrator Obrazu

Parametry dodatkowo oceniane przez zamawiającego

4. Liczba alternatywnych producentów detektorów aktualnie dostępnych na rynku współpracujących z oferowanym systemem.

Proszę wyjaśnić. Czy chodzi o podłączenie do systemu PACS?

Stacja akwizycyjna z oprogramowaniem dedykowanym do sterowania detektorem jest dostarczana przez producenta z detektorem DR i można do niej podłączyć detektory lub skanery CR tego producenta. Nie ma możliwości podłączenia detektora jednego producenta do stacji technika innego producenta.

Odpowiedź na pytanie nr 5:

Przez współpracę detektora z oferowanym systemem rozumiemy możliwość podłączenia do systemu PACS.


**BURMISTRZ
KONSTANTYNOWA ŁÓDZKIEGO**
Robert Jakubowski