



Zamawiający:
Gmina Konstancinów Łódzki
ul. Zgierska 2,
95-050 Konstancinów Łódzki

tel.: 42 211 11 73, 42 211 19 03
fax: 42 211 11 68
e-mail: sekretariat@konstancinow.pl,
kancelaria@konstancinow.pl
www.bip.konstancinow.pl

T-I.271.2.2019.EW

Konstancinów Łódzki, dn. 15.02.2019 r.

Wyjaśnienie treści siwz

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 221 000 EURO
na „Ucyfrowienie typu DR aparatu rentgenowskiego stacjonarnego, dwustanowiskowego
dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Konstancinowie Łódzkim”

Działając w trybie art. 38 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) Zamawiający udziela odpowiedzi na wniosek o wyjaśnienie treści siwz:

Pytanie nr 1

Szczegółowy Opis Zamówienia

I. Wymagania dotyczące oprogramowania

Punkt 8 "Oprogramowanie RIS posiadające co najmniej następujące funkcjonalności:

- obsługa rejestracji pacjentów z terminarzem pracowni,
- możliwość zmiany terminu badania bez konieczności ponownej rejestracji pacjenta,"

Czy dopuszczają Państwo rozwiązanie bez funkcji terminarza?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuści systemu RIS bez funkcji terminarza przyjęć z możliwością zmiany terminu badania.

Pytanie nr 2

Szczegółowy Opis Zamówienia

II. Rejestrator Obrazu

Punkt 5 "Rozmiary piksela $\leq 150\mu\text{m}$ "

Czy dopuszczają państwo detektor o wartości μm 160?

Różnica 10um będzie nie zauważalna i nie pogorszy jakości obrazów .

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści detektor z rozmiarem pixela 160 μm . W związku z powyższym w dniu 15.02.2019 r. dokonano modyfikacji treści SIWZ w Załączniku nr 1 IDW SIWZ – Szczegółowym Opisie przedmiotu zamówienia oraz w Załączniku nr 2 IDW SIWZ – Formularzu oferty w zakresie Załącznika do oferty. Zmienione dokumenty zamieszczono na stronie BIP Zamawiającego.

Pytanie nr 3:

Szczegółowy Opis Zamówienia

II. Rejestrator Obrazu

Punkt 9 "Maksymalny udźwig obudowy detektora dla pacjenta stojącego na nim $\geq 150\text{kg}$ "

Czy dopuszczają państwo detektor o max. nacisku na punkt (4cmx4cm) 100kg?

Zamawiający wymaga dodatkowej obudowy do zabezpieczenia detektora która wytrzyma nacisk na punk powyżej 150kg.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuści detektora bez dodatkowej obudowy.

Zamawiający

Z up. BURMISTRZA

Łukasz NAPIERALSKI
Zastępca Burmistrza
Konstancinowa Łódzkiego